

REF: 760XYLK-22ML




DESCRIPCIÓN:

Xylossay® es un método fiable y automatizable para la cuantificación de la xilosa presente en orina. **Xylossay®** es el método recomendado para la detección de xilosa tras la administración de **LacTEST 0,45 g**.

PRINCIPIO DEL MÉTODO:

La enzima xilosa deshidrogenasa (XyIDH)¹ cataliza la oxidación específica de xilosa para formar xilonolactona². Puesto que XyIDH es una enzima NAD⁺ dependiente, esta reacción requiere una reducción concomitante del cofactor a NADH:



La formación de NADH puede ser espectrofotométricamente detectada y cuantificada mediante el incremento de la absorbancia a 340 nm en la reacción. De esta forma, los incrementos de absorbancia serán directamente proporcionales a la cantidad de xilosa presente en la muestra.

COMPONENTES DEL KIT:

Xylossay® se suministra en formato de aproximadamente 100 determinaciones de xilosa. El número de determinaciones puede variar en función del analizador automático utilizado (consulte página web: www.venterpharma.com/xylossay/). Cada kit contiene un vial de cada uno de los siguientes componentes:

VIAL	CONTENIDO Y FORMATO	CANTIDAD
Marrón	Tampón fosfato, 50 mM, pH 8,0 (Solución)	22 mL
Naranja	β -Nicotinamida Adenina Dinucleótido (NAD ⁺) (Liofilizado)	66,34 mg \pm 12%
Morado	D-Xilosa Deshidrogenasa (Liofilizado)	0,6 mg \pm 10%
Rosa	Calibrador: D-(+)-Xilosa (Solución)	2 mL; 3,75 mg/dL \pm 5%.

1. Sánchez-Moreno, I. et al. *J. Biotechnol.* (2016) 234:50-57.

2. Stephens, C. et al. *J. Bacteriol.* (2007) 189: 2181-2185.


PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y PROTOCOLOS:

Tanto la preparación de los reactivos como el protocolo de ensayo de la aplicación de **Xylossay®** dependen del analizador automático

empleado, con modificaciones específicas en función de sus características operacionales. Para obtener el protocolo específico para su autoanalizador, por favor descargue o consulte el documento en la página www.venterpharma.com/xylossay/.

ENSAYO Y PARÁMETROS ANALÍTICOS:

Valores de Absorbancia (340 nm) por ensayo:



A1 = Absorbancia inicial de la mezcla **REACTIVO 1** + Muestra (t_1 min).

A2 = Absorbancia final después de añadir **REACTIVO 2** ($t_1 + t_2$ min).

Las diferencias entre los dos valores de Absorbancia serán proporcionales a la concentración de xilosa, la cual puede ser calculada utilizando la solución estándar de xilosa suministrada con el kit (solución estándar de xilosa, vial rosa):

$$\Delta \text{Absorbancia (340 nm)} = \Delta \text{Abs} = A2 - A1$$

$$\text{Concentración en Muestra} = [\text{Muestra}] \text{ (mg/dL)}$$

$$\text{Concentración de xilosa (Calibrador)} = 3,75 \text{ mg/dL}$$

$$[\text{Muestra}] = \frac{\Delta \text{Abs (Muestra)}}{\Delta \text{Abs (Calibrador)}} \times 3,75 \text{ mg/dL}$$

La cantidad total de xilosa en la Muestra (mg) se calculará a partir del volumen total de orina recogida durante la prueba.

$$\text{Xilosa (mg)} = [\text{Muestra}] \times \text{Vol Muestra (dL)}$$

Los parámetros analíticos establecidos para **Xylossay®** pueden variar ligeramente en función de las características del equipo utilizado (véase www.venterpharma.com/xylossay/).

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD:

Xylossay® debe ser almacenado entre 4° y 8°C hasta su utilización, siendo estable en estas condiciones durante al menos 18 meses. Una vez preparados los REACTIVOS 1 y 2 tienen una vida útil de cómo mínimo 39 días cuando se mantienen a temperaturas de entre 4 y 10°C (estabilidad a bordo de equipos automáticos). Tanto el REACTIVO 1 como el REACTIVO 2 pueden ser congelados a -20°C sin pérdida alguna de su actividad. Ambos reactivos pueden ser congelados-descongelados durante al menos 6 veces sin alterar su funcionamiento.

VALORES DE REFERENCIA:

Valores normales en adultos:

Prueba	Xilosa en orina (mg)
LacTEST 0,45 g	$\geq 19,18$

Valores por debajo de 19,18 mg significan hipolactasia.



Immunostep S.L

Avda. Universidad de Coimbra, s/n

Campus Miguel de Unamuno

37007 Salamanca (Spain)

Tel. (+34) 923 294 827

www.immunostep.com